

KOMPAKTINFORMATION

SACHGEBIET

PET und PET/CT

Rechtsgrundlage:

- ▶ Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET, PET/CT) (**QS-Vereinbarung PET, PET/CT**) in der aktuell gültigen Fassung
- ▶ **Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses** zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, Anlage I, Nr. 14 in der aktuell gültigen Fassung

GOP:

- ▶ 34700, 34702, 34704, 34706 des EBM – PET
- ▶ 34701, 34703, 34705, 34707 des EBM – PET/CT

Antragstellung:

- ▶ genehmigungspflichtige Leistung auf **Antrag (inkl. Anlage 1)**
- ▶ **keine rückwirkende Genehmigung möglich**

Fachliche Nachweise:

- ▶ genehmigungsfähig für Fachärzte für Nuklearmedizin und Radiologie
- ▶ gemäß **§ 3 der o.g. Vereinbarung**

Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung:
Zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung sind 20 Fortbildungspunkte zu onkologischen Fragestellungen innerhalb von zwei Jahren nachzuweisen gemäß **§ 7 der o.g. Vereinbarung**

Apparative Nachweise:

- ▶ Nachweis durch Bestätigung der Hersteller-/Lieferfirma im Geräteformular (Antragsanlage) über:
 - ▶ Einsatz eines PET-Systems mit einer räumlichen Auflösung $\leq 5,5$ mm
 - ▶ PET-Gerät mit der Möglichkeit der technischen Bildfusion mit CT bzw. kombiniertes PET/CT-Gerät
 - ▶ Möglichkeit zur semi-quantitativen Auswertung (SUV-Wert)
- ▶ Geeignete Notfallausrüstung

SACHGEBIET

PET und PET/CT

Organisatorische und personelle Nachweise:

- ▶ Selbsterklärung des Antragstellers über:
Durchführung der Indikationsstellung, Befund- und ggf. erforderliche Nachbesprechung hat in einem interdisziplinären Team zu erfolgen. Teamzusammensetzung ist je nach Indikation in der **QS-Vereinbarung PET, PET/CT gemäß § 5** bzw. in der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung vorgegeben (**Anlage I, Nr. 14**)

Qualitätsprüfung:

- ▶ Turnusmäßige stichprobenhafte Überprüfung der Dokumentationen durch die KV-Kommission PET, PET/CT für alle abrechnenden Ärzte

ANSPRECHPARTNER

- ▶ **Abt. Qualitätssicherung: Sandra Vogel**
Telefon: 03643 559-751
E-Mail: qs@kvt.de