

## KOMPAKTINFORMATION

### SACHGEBIET

### PET und PET/CT

#### Übergangsregelung für neue GOP bei PSMA-PET/CT

Zur Indikationsstellung einer Therapie mit (177Lu) Lutetiumvivotid-tetraxetan (Handelsname: Pluvicto®) wurden 2 neue Gebührenordnungspositionen (GOP) in den Abschnitt 34.7 des EBM aufgenommen:

**34720** PSMA-PET des Körperstammes zur Indikationsstellung einer Therapie mit (177Lu) Lutetiumvivotid-tetraxetan

**34721** PSMA-PET/CT des Körperstammes zur Indikationsstellung einer Therapie mit (177Lu) Lutetiumvivotid-tetraxetan

Diese sind bis zum 31.03.2024 mit der derzeitigen PET, PET/CT Genehmigung abrechenbar. Ab dem 01.04.2024 ist für die Abrechnung dieser Leistungen eine Genehmigung auf Basis einer angepassten QS-Vereinbarung PET, PET/CT erforderlich.

#### Rechtsgrundlage:

- ▶ Qualitätssicherungsvereinbarung nach § 135 Abs. 2 SGB V zur diagnostischen Positronenemissionstomographie, diagnostischen Positronenemissionstomographie mit Computertomographie (PET, PET/CT) (**QS-Vereinbarung PET, PET/CT**) in der aktuell gültigen Fassung
- ▶ **Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses** zu Untersuchungs- und Behandlungsmethoden der vertragsärztlichen Versorgung, Anlage I, Nr. 14 in der aktuell gültigen Fassung

#### GOP:

- ▶ 34700, 34702, 34704, 34706 des EBM – PET
- ▶ 34701, 34703, 34705, 34707 des EBM – PET/CT

#### Antragstellung:

- ▶ genehmigungspflichtige Leistung auf **Antrag (inkl. Anlage 1)**
- ▶ **keine rückwirkende Genehmigung möglich**

#### Fachliche Nachweise:

- ▶ genehmigungsfähig für Fachärzte für Nuklearmedizin und Radiologie
- ▶ gemäß **§ 3 der o.g. Vereinbarung**

#### **Auflage zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung:**

Zur Aufrechterhaltung der fachlichen Befähigung sind 20 Fortbildungspunkte zu onkologischen Fragestellungen innerhalb von zwei Jahren nachzuweisen gemäß **§ 7 der o.g. Vereinbarung**

## SACHGEBIET

## PET und PET/CT

### Apparative Nachweise:

- ▶ Nachweis durch Bestätigung der Hersteller-/Lieferfirma im Geräteformular (Antragsanlage) über:
  - ▶ Einsatz eines PET-Systems mit einer räumlichen Auflösung  $\leq 5,5$  mm
  - ▶ PET-Gerät mit der Möglichkeit der technischen Bildfusion mit CT bzw. kombiniertes PET/CT-Gerät
  - ▶ Möglichkeit zur semi-quantitativen Auswertung (SUV-Wert)
- ▶ Geeignete Notfallausrüstung

### Organisatorische und personelle Nachweise:

- ▶ Selbsterklärung des Antragstellers über:  
Durchführung der Indikationsstellung, Befund- und ggf. erforderliche Nachbesprechung hat in einem interdisziplinären Team zu erfolgen. Teamzusammensetzung ist je nach Indikation in der **QS-Vereinbarung PET, PET/CT gemäß § 5** bzw. in der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versorgung vorgegeben (**Anlage I, Nr. 14**)

### Qualitätsprüfung:

- ▶ Turnusmäßige stichprobenhafte Überprüfung der Dokumentationen durch die KV-Kommission PET, PET/CT für alle abrechnenden Ärzte

## ANSPRECHPARTNER

- ▶ **Abt. Qualitätssicherung: Sandra Vogel**  
Telefon: 03643 559-751  
E-Mail: [qs@kvt.de](mailto:qs@kvt.de)