

Kompaktinformation

SACHGEBIET

Vakuumbiopsie unter Röntgenkontrolle

- RECHTSGRUNDLAGE**
- ▶ Vereinbarung von Qualitätssicherungsmaßnahmen nach § 135 Abs. 2 SGB V zur Vakuumbiopsie der Brust (Qualitätssicherungsvereinbarung zur Vakuumbiopsie der Brust)
 - ▶ Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM), Präambel zum Kap. 34.2.7
- GRUNDSÄTZLICHE EINSCHRÄNKUNGEN**
- ▶ Genehmigung für
 - FA Radiologie und FA Diagnostische Radiologie
 - FA Frauenheilkunde und Geburtshilfe
 - ▶ erst nach Genehmigung der KV Thüringen ausführbar
 - ▶ keine rückwirkende Genehmigung
- GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN**
- ▶ auf Antrag, formlos
 - ▶ GOP 34274 EBM (abrechenbar in Verbindung mit der kurativen Mammographie § 135 Abs. 2 SGB V)
 - ▶ GOP 01759 EBM (abrechenbar in Verbindung mit dem Programm zur Früherkennung von Brustkrebs durch Mammographie-Screening, Anlage 9.2 BMV-Ä)
 - ▶ **fachliche Voraussetzungen:**
 - Genehmigung für kurative Mammographie nach § 135 Abs. 2 SGB V
 - Zeugnis über die selbständige Indikationsstellung und Durchführung von 25 Stanzbiopsien unter Ultraschall und 25 Vakuumbiopsien unter Anleitung innerhalb der letzten 2 Jahre vor Antragstellung
- oder
- Genehmigung für den Versorgungsauftrag nach § 4 Anlage 9.2 BMV-Ä oder eine Genehmigung nach § 27 Abs. 3 Anlage 9.2 BMV-Ä und Zeugnis über die selbständige Indikationsstellung und Durchführung von 25 Stanzbiopsien unter Ultraschall und 25 Vakuumbiopsien unter Anleitung innerhalb der letzten 2 Jahre vor Antragstellung



SACHGEBIET

Vakuumbiopsie unter Röntgenkontrolle

GRUNDSÄTZLICHE INFORMATIONEN

► **apparative Voraussetzungen:**

- Mammographieeinrichtung, deren stereotaktische Bildgebung ein unmittelbar verfügbares digitales Bild liefert
- technisch gestützte Nadelführung
- Vakuumbiopsiesystem
- Vakuumbiopsienadeln mit Nadeldicken von 11 G oder dicker sowie passende Mikroclips
- Notfallmedikamente, Möglichkeiten zu Infusions- und Schockbehandlungen, Reanimation und manueller Beatmung

WEITERE INFORMATIONEN

- Antragsprüfung durch die Abteilung Qualitätssicherung, ggf. durch ärztliche Qualitätssicherungskommission

ANSPRECHPARTNER

- **Abt. Qualitätssicherung:** **Carmen Miething**
Telefon: 03643 559-753